

# Valutazione istologica del tessuto osseo dopo GBR con Geistlich Bio-Oss® & Yxoss CBR®




Claudia Dellavia *et al.*  
*Clin Implant Dent Relat Res.* 2021

## Area terapeutica

## Disegno dello studio/ Scopo

## Incrementi ossei estesi

20 pazienti parzialmente edentuli sono stati sottoposti a GBR con una griglia in titanio customizzata CAD-CAM (Yxoss CBR®) in associazione con chips di osso autologo e Geistlich Bio-Oss® (1:1)



A 9 mesi il tessuto rigenerato sotto la griglia in titanio era composto da tessuto osseo vitale di nuova formazione a diversi stadi di mineralizzazione.

## Key Message

I dati di questo studio supportano l'uso delle **griglie in titanio customizzate CAD/CAM (Yxoss CBR®)** per la **rigenerazione dell'osso alveolare vitale, ben strutturato e vascolarizzato.**

